

消毒产品卫生安全评价报告



产品名称：佳润牌抗菌洗手液

剂型/型号：液体

产品责任单位名称（盖章）

评价日期：



一、基本情况

产品责任单位名称	广西佳华医疗卫生用品有限公司	产品责任单位地址	广西南宁市科园大道东四路5号B座六楼	
法定代表人/责任人	苏炫魁	电话	0771-3213377	邮编 530003
实际生产单位名称	广西佳华医疗卫生用品有限公司	实际生产单位地址	广西南宁市科园大道东四路5号B座六楼	
实际生产企业卫生许可证号	桂卫消证字(2002)第0017号	法定代表人/责任人	苏炫魁	
进口产品报关单号				
该产品属于哪类产品	第一类 () 第二类 (✓)			
该产品名称是否符合《健康相关产品命名规定》和《消毒产品标签说明书管理规范》的要求	是 (✓) 否 ()			
标签(铭牌)、说明书是否符合《消毒产品标签说明书管理规范》及相关标准、规范的要求。	是 (✓) 否 ()			
检验项目是否齐全	是 (✓) 否 ()			
检验结果是否符合要求	是 (✓) 否 ()			
产品企业标准(质量标准)是否符合要求	是 (✓) 否 ()			
该产品的类别是否与企业卫生许可的类别相适应	是 (✓) 否 ()			
产品配方是否添加了禁止使用的原材料	是 () 否 (✓)			
产品配方是否与实际生产产品配方一致	是 (✓) 否 ()			
消毒器械结构图是否与产品实际结构一致	是 () 否 ()			
所用原材料是否合格	是 (✓) 否 ()			
原材料用量是否符合相关法定要求	是 (✓) 否 ()			
评价结论: 消毒产品是否符合相关法规、规范、标准等法定要求。	是 (✓) 否 ()			
<p>承诺: 本单位对消毒产品的卫生安全评价结论负责, 保证所提供标签(铭牌)、说明书、检验报告(含结论)、企业标准或质量标准、产品配方、消毒器械元器件、结构图真实、有效, 与所生产销售的产品相符, 并承担相应的法律责任。</p>				

消毒产品卫生安全评价报告备案登记表

产品名称	中文	佳润牌抗菌洗手液		
	英文			
剂型/型号	液体	产品类别	第二类	
生产企业	中文名称	广西佳华医疗卫生用品有限公司		
	英文名称			
	地址	广西南宁市科园大道东四路5号B座六楼	生产国(地区)	中国
	联系电话	0771-3213377	联系人	苏炫魁
在华责任单位	名称			
	地址			
	联系电话		联系人	
	传真		邮 编	
<p style="text-align: center;">保证书</p> <p>本报告中内容和所附资料均真实、合法、有效，复印件和原件一致，与生产销售产品相符。如有不实之处，我单位愿负相应法律责任，并承担由此造成的一切后果。</p>				
产品责任单位(签章)		法定代表人(签字) 		
申请人: 		2016年8月1日 申请日期: 2016.8.1		

注:

1. 进口产品须填写产品英文名称。
2. 产品类别填写第一类产品或第二类产品。

使用说明书

本品由葡萄糖已定含量为0.15%-0.32%(W/W)与玉洁斯含量为0.15%-0.32%(W/W)等多种成分组成的抗菌洗手液。对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、具有杀菌作用，具有护肤润肤、泡沫丰富、易冲洗、气味芬香。

【适用范围】手、臂部位、皮肤卫生清洁的杀菌。

【用途】适用于医院、宾馆、美容、饭店、商场、食品业、公共场所等卫生洗手。

【使用方法】先用流动水冲湿手部，然后取本品0.1-0.2ml，放在双手对搓均匀，再用流动水冲净于净即可。

【注意事项】1.本品为外用制剂，不得口服，避免接触眼睛粘膜。
2.避光、阴凉处贮存。

批准文号：桂卫消证字（2002）第0017号
质量标准号：QJHYWY02-2014

生产企业：广西佳华医疗卫生用品有限公司
生产地址：南宁市科园大道东四路五号B座六楼
电话：0771-3213377 传真：0771-3901723

产品批号：
生产日期：
有效期至：



外



佳润牌

Antibacterial

抗菌洗手液

handsanitizer



佳润牌抗菌洗手液

(使用说明书)

【产品名称】佳润牌抗菌洗手液

【剂型、型号】液体 500ml、800ml、1000ml、2500ml、5000ml

【主要有效成分及含量】醋酸氯己定 0.15%~0.32%(W/W); 玉洁新 0.15%~0.32%(W/W)

【批准文号】桂卫消证字(2002)第0017号

【执行标准】Q/JHYWY02-2014

【杀灭微生物类别】对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌具有杀菌作用。

【使用范围】手、臂部位、皮肤卫生清洁的杀菌。

【使用方法】适用医院、宾馆、家庭、饭店、制药业、食品业、公共场所等卫生洗手。先用流动水冲湿手部位，然后取本品0.5-1.0ml放在双手对搓均匀，再用流动水冲洗干净即可。

【注意事项】

- 1、本品为外用洗剂，不得口服，避免接触眼睛粘膜。
- 2、遮光、阴凉、通风、干燥处保存。

【生产日期、有效期】

生产日期:

有效期: 24个月

【生产批号和限期使用日期】

生产批号:

限期使用日期:

【生产企业】

生产企业名称: 广西佳华医疗卫生用品有限公司

地址: 广西南宁市科园大道东四路五号B座六楼

电话: 0771-3213377 传真: 0771-3901723





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1789

1 17
第 1 页 共 17 页
PAGE OF

广西壮族自治区疾病预防控制中心
(广西壮族自治区卫生监测检验中心)



Guangxi Zhuang Autonomous Region Center for Disease Prevention and Control
(Guangxi Zhuang Autonomous Region Center for Health Surveillance and Testing)

检 验 / 检 测 报 告

TEST REPORT



样品受理编号: 消 20150068
Sample Serial No. _____
样品名称: 佳润牌抗菌洗手液
Sample Name: 广西佳华医疗卫生用品有限公司
受检单位: 广西佳华医疗卫生用品有限公司
Sample From: _____
送检单位: _____
Applicant: _____
报告日期: 二〇一五年四月二十二日
Date Reported: _____
受控编号: GXCDC/QBG38-07-007(12)



女 推 式

广西壮族自治区疾病预防控制中心
(广西壮族自治区卫生监督检验中心)

检 验 报 告

样品受理编号: 消 20150068

第 3 页 / 共 17 页

样品名称: 佳润牌抗菌洗手液
送检单位: 广西佳华医疗卫生用品有限公司
生产单位: 广西佳华医疗卫生用品有限公司
生产日期: 2015年5月9日、2015年5月13日、2015年5月16日
批号: 20150508、20150512、20150515
样品数量: 500mL/瓶×10瓶/批×3批
样品性状: 绿色液体
接样日期: 2015年8月6日
检验完成日期: 2016年1月29日
检验类别: 委托检验

检验依据: GB15979-2002、Q/JHYWY02-2014

检验结论:

1. 佳润牌抗菌洗手液生产日期: 2015年5月9日(批号: 20150508)、生产日期: 2015年5月13日(批号: 20150512)、生产日期: 2015年5月16日(批号: 20150515), 外观为绿色透明液体, 无异味; 气味为微香味; 砷含量为 $<0.1\text{mg/L}$; 铅为 $<5\text{mg/L}$; 汞为 $<0.02\text{mg/L}$ 。
 2. 佳润牌抗菌洗手液 pH 值为: 生产日期: 2015年5月9日(批号: 20150508): 6.54、生产日期: 2015年5月13日(批号: 20150512): 6.59、生产日期: 2015年5月16日(批号: 20150515): 6.52。
 3. 佳润牌抗菌洗手液中三氯生含量为: 生产日期: 2015年5月9日(批号: 20150508): 0.134%、生产日期: 2015年5月13日(批号: 20150512): 0.134%、生产日期: 2015年5月16日(批号: 20150515): 0.144%。
 4. 佳润牌抗菌洗手液原液中醋酸氯己定含量平均值为: 生产日期: 2015年5月9日(批号: 20150508): 0.166%、生产日期: 2015年5月13日(批号: 20150512): 0.160%、生产日期: 2015年5月16日(批号: 20150515): 0.173%。
 5. 佳润牌抗菌洗手液(批号: 20150512; 规格: 500mL/瓶)的细菌菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、溶血性链球菌、真菌菌落总数检测结果均符合GB 15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》的规定。
 6. 在温度 $20^{\circ}\text{C}\sim 21^{\circ}\text{C}$ 条件下, 含0.5%卵磷脂+1.0皂基+3%吐温-80的PBS溶液可有效中和佳润牌抗菌洗手液以原液: 水(1:1)浓度对大肠杆菌的作用, 且该中和剂及其中和产物对试验菌生长无不良影响。
 7. 在温度 $20^{\circ}\text{C}\sim 21^{\circ}\text{C}$ 条件下, 佳润牌抗菌洗手液以原液: 水(1:1)浓度作用2min、5min、10min、20min, 对大肠杆菌的平均杀菌率为100.00%, 该产品对大肠杆菌有杀菌作用。
 8. 在温度 $20^{\circ}\text{C}\sim 21^{\circ}\text{C}$ 条件下, 佳润牌抗菌洗手液以原液: 水(1:1)浓度作用2min、5min、10min、20min, 对金黄色葡萄球菌平均杀菌率为100.00%, 该产品对金黄色葡萄球菌有杀菌作用。
 9. 在温度 $20^{\circ}\text{C}\sim 21^{\circ}\text{C}$ 条件下, 含0.5%卵磷脂+1.0皂基+3%吐温-80的PBS溶液可有效中和佳润牌抗菌洗手液以原液: 水(1:1)浓度对白色念珠菌的作用, 且该中和剂及其中和产物对试验菌生长无不良影响。
 10. 在温度 $20^{\circ}\text{C}\sim 21^{\circ}\text{C}$ 条件下, 佳润牌抗菌洗手液以原液: 水(1:1)浓度作用2min、5min、10min、20min, 对白色念珠菌平均杀菌率 $>90.00\%$, 该产品对白色念珠菌具有杀菌作用。
 11. 经 37°C 保存90天后, 佳润牌抗菌洗手液以原液: 水(1:1)浓度作用2min、5min、10min、20min, 对白色念菌平均杀菌率 $>90.00\%$, 该产品杀菌作用在室温下至少保持二年。
 12. 多次皮肤刺激试验: 该样品对家兔皮肤无刺激性。
- (本检验结果仅对受理样品负责)

法定代表人(或授权的技术负责人)

最终审核日期 2016年4月22日

受控编号: GXCDC/QBG03-28-002(07)

