


# 消毒产品卫生安全评价报告

产品名称： 庆荣®过氧乙酸测定试纸

剂型/型号： 试纸


产品责任单位名称（盖章）： 广西庆荣卫生消毒制品有限公司

评价日期： 2020年1月29日





## 消毒产品卫生安全评价报告备案登记表

产品名称	中文	庆荣®过氧乙酸测定试纸		
	英文			
剂型/型号	试纸 s	产品类别	第二类产品	
生产企业	中文名称	广西庆荣卫生消毒制品有限公司		
	英文名称			
	地址	广西钦州市钦北区皇马工业园四区	生产国(地区)	中国广西
	联系电话	18176017966	联系人	卢义飞
在华责任单位	名称	广西庆荣卫生消毒制品有限公司		
	地址	钦州市钦北区皇马工业园四区		
	联系电话	0777-5985511	联系人	秦殷
	传真	0777-5985510	邮 编	535000
<p style="text-align: center;">保证书</p> <p>本报告中内容和所附资料均真实、合法、有效, 复印件和原件一致, 与生产销售产品相符。如有不实之处, 我单位愿负相应法律责任, 并承担由此造成的一切后果。</p>				
 <p style="text-align: center;">产品责任单位 (签章)</p>		<p style="text-align: center;">法定代表人 (签字)</p> <p style="text-align: center;"><i>秦殷</i></p>		
		2020年1月29日		
<p>申请人: <i>卢义飞</i></p>		<p>申请日期: 2020年1月29日</p>		

注: 1.进口产品须填写产品英文名称。

2.产品类别填写第一类产品或第二类产品。



### 一、基本情况表

产品责任单位名称	广西庆荣卫生消毒制品有限公司	产品责任单位地址	广西钦州市钦北区皇马工业园四区	
法定代表人/责任人	秦殷	电话	0777-5985511	邮编 535000
生产企业名称	广西庆荣卫生消毒制品有限公司	生产企业地址	广西钦州市钦北区皇马工业园四区	
实际生产单位名称	广西庆荣卫生消毒制品有限公司	实际生产单位地址	广西钦州市钦北区皇马工业园四区	
实际生产企业卫生许可证号	桂卫消证字 [2013]第0009号	法定代表人/责任人	秦殷	
进口产品报关单号				
产品类别				第一类 ( ) 第二类 ( <input checked="" type="checkbox"/> )
产品名称是否符合《健康相关产品命名规定》和消毒产品标签说明书有关规范和标准的要求				是 ( <input checked="" type="checkbox"/> ) 否 ( )
标签(铭牌)、说明书是否符合消毒产品标签说明书有关规范和标准的要求				是 ( <input checked="" type="checkbox"/> ) 否 ( )
检验项目是否齐全				是 ( <input checked="" type="checkbox"/> ) 否 ( )
检验结果是否符合要求				是 ( <input checked="" type="checkbox"/> ) 否 ( )
产品企业标准(质量标准)是否符合要求				是 ( <input checked="" type="checkbox"/> ) 否 ( )
该产品的类别是否与企业卫生许可的类别相适应				是 ( <input checked="" type="checkbox"/> ) 否 ( )
产品配方是否添加了禁止使用的原材料				是 ( ) 否 ( <input checked="" type="checkbox"/> )
产品配方是否与实际生产产品配方一致				是 ( <input checked="" type="checkbox"/> ) 否 ( )
消毒器械结构图是否与产品实际结构一致				是 ( ) 否 ( )
所用原材料是否合格				是 ( <input checked="" type="checkbox"/> ) 否 ( )
原材料用量是否符合相关规定				是 ( <input checked="" type="checkbox"/> ) 否 ( )
评价结论: 消毒产品是否符合相关法规、规范、标准要求。				是 ( <input checked="" type="checkbox"/> ) 否 ( )
承诺: 本单位对本消毒产品的卫生安全评价结论负责, 保证所提供标签(铭牌)、说明书、检验报告(含结论)、企业标准或质量标准、产品配方、消毒器械结构图真实、有效, 与所生产销售的产品相符, 并承担相应的法律责任。				



# 庆荣®过氧乙酸快速测定试纸使用说明书

【产品名称】庆荣®过氧乙酸快速测定试纸

【适用范围】用于现场快速测定空气中过氧乙酸的浓度。

【使用方法】

1. 将试纸的反应端完全浸没在庆荣®复方过氧乙酸消毒剂中，2秒后取出。
2. 甩掉试纸上的多余液体。

3. 反应10秒，将反应端显色部分与比色图进行对比，判断是否合格。

【注意事项】

1. 本品为一次性使用。

2. 开瓶后1个月内用完。

3. 密闭存放于阴凉、干燥处。



## 庆荣®过氧乙酸快速测定试纸

### 使用方法:

- 1、将试纸条的反应端完全浸没在庆荣®复方过氧乙酸消毒剂中，2秒后取出。
- 2、甩掉试纸上的多余液体。
- 3、反应10秒，将反应端显色部分与比色图进行对比，判断是否合格。

### 注意事项:

- 1、本品为一次性使用，打开包装取出一条试纸后立即将瓶盖旋紧。
- 2、开瓶后1个月内用完。
- 3、密闭存放于阴凉、干燥处。

保质期：12个月

包装规格：20片/瓶

生产企业：广西庆荣卫生消毒制品有限公司

卫生许可证号：桂卫消证字（2013）第0009号

生产日期：见瓶身

比色图



不合格



不合格



合格



合格





## 庆荣®过氧乙酸测定试纸使用说明书

【产品名称】 庆荣®过氧乙酸测定试纸

【适用范围】 用于庆荣®复方过氧乙酸消毒剂浓度测定。

【使用方法】

- 1、将试纸条的反应端完全浸泡在庆荣®复方过氧乙酸消毒剂中，2秒后取出。
- 2、甩掉试纸条上的多余液体。
- 3、反应10秒，将反应显色部分与比色图进行对比，判断是否合格。

【注意事项】

- 1、本品为一次性使用，打开包装取出一条试纸后立即将瓶盖旋紧。
- 2、开瓶后一个月内用完。
- 3、置于阴凉干燥处保存。

【包装规格】 20片/瓶

【有效期】 12个月

【生产日期及批号】 见瓶身

【执行标准】 Q/QRXD 020-2019

【生产企业卫生许可证号】 桂卫消证字(2013)第0009号

【生产企业】

企业名称：广西庆荣卫生消毒制品有限公司

生产地址：广西钦州市钦北区皇马工业园四区

邮 编：535000

联系电话：0777-5985511

网 址：<http://www.gxqrgs.com>







科创质量  
Sci-tech innovation

# 青岛科创质量检测有限公司

## 检测报告

报告编号	STI-20190805-011N
样品名称	庆荣®过氧乙酸测定试纸
委托单位	广西庆荣卫生消毒制品有限公司

2019.12.17



# 青岛科创质量检测有限公司 检测报告

KC-JL-GY-JS-110-2019 E/2

样品受理编号: 190805-511001

第 1 页 共 5 页

样品名称	庆荣®过氧乙酸测定试纸	样品数量	15 瓶
委托单位	广西庆荣卫生消毒制品有限公司	联系方式	/
生产单位	广西庆荣卫生消毒制品有限公司	样品批号	20181009
规格型号	20 片/瓶	接样日期	2019.08.07
样品性状	测定试纸	检测完成日期	2019.11.11

### 检测依据

《消毒技术规范》(2002 年版) 2.1.6.5  
《消毒技术规范》(2002 年版) 2.2.1.2.3

### 检验结论

1. 批号 20181009 庆荣®过氧乙酸测定试纸的过氧乙酸含量平均值为 0.2%。
2. 经首次开瓶检测, 批号 20181009 庆荣®过氧乙酸测定试纸对 0.05%、0.10%、0.15%、0.20% 四个浓度的过氧乙酸溶液进行测试的符合率为 100%。
3. 经开瓶放置一个月后, 批号 20181009 庆荣®过氧乙酸测定试纸对 0.05%、0.10%、0.15%、0.20% 四个浓度的过氧乙酸溶液进行测试的符合率为 100%。
4. 经不开瓶放置一年后, 批号 20181009 庆荣®过氧乙酸测定试纸对 0.05%、0.10%、0.15%、0.20% 四个浓度的过氧乙酸溶液进行测试的符合率为 100%。

本页以下空白

授权签字人: 陈雷

签发日期: 2019.12.17

青岛科创质量检测有限公司





副 本

广州中科检测技术服务有限公司

# 检 验 报 告

检 验 报 告 编 号 : JKX19080037A

样 品 名 称 : 庆荣®过氧乙酸测定试纸

送 检 单 位 : 广西庆荣卫生消毒制品有限公司

二零一九年十月二十三日



广州中科检测技术服务有限公司  
检验报告

样品受理编号: JKX19080037-1

第 1 页/共 4 页

样品名称	庆荣®过氧乙酸测定试纸	样品数量	20 瓶
生产日期或批号	2018.10.09/20181009	样品性状	固体
型号规格	20 片/瓶	商 标	庆荣
送检单位	广西庆荣卫生消毒制品有限公司	接样日期	2019-08-06
生产单位	广西庆荣卫生消毒制品有限公司	检验完成日期	2019-09-20

检验依据:

《消毒技术规范》(2002年版) 2.2.1.2.3; 企业标准Q/QRXD 021-2019。

检验结论:

- 1、样品“庆荣®过氧乙酸测定试纸”消毒液中有效成分过氧乙酸含量为 0.274%。
- 2、样品“庆荣®过氧乙酸测定试纸”对 0.05%、0.10%、0.15%、0.20%四个浓度的过氧乙酸溶液进行测试的符合率为 100%。
- 3、样品“庆荣®过氧乙酸测定试纸”在室温条件下保存 1 个月后,对 0.05%、0.10%、0.15%、0.20%四个浓度的过氧乙酸溶液进行测试的符合率为 100%。

注:本报告对社会不具有证明作用。

(以下空白)

编辑:

李咏碧

审核:

钟瑜

批准:







# 消毒产品生产企业卫生许可证

桂卫消证字(2013)第0009号

单位名称 广西庆荣卫生消毒制品有限公司

法定代表人(负责人) 秦殷

注册地址 钦州市钦北区皇马工业园四区

生产地址 钦州市钦北区皇马工业园四区

生产方式 生产\*

生产项目 消毒剂、消毒器械卫生用品\*

生产类别

生产期限

液体消毒剂(皮肤粘膜消毒剂达到净化要求)、凝胶消毒剂(洗手消毒用)、片剂消毒剂(除用于皮肤粘膜消毒剂外);用于测定化学消毒剂浓度的化学指示物;抗(抑)菌制剂(液体剂型、净化)(产品首次上市前须经安全评价合格后方可生产销售)、湿巾、卫生湿巾。\*

2017年10月25日至2021年10月24日

注:本许可证只对许可批准时的生产条件负责,不是对企业所生产产品的许可,不代表对企业生产产品质量的认可。应在卫生许可证有效期届满前30个工作日之前提出延续申请。



发证机关

变更生产项目和类别

批准日期

2020年1月28日